

## EG-Konformitätserklärung MDR – EC Declaration of Conformity MDR

entsprechend der Verordnung EU 2017 / 745 (MDR) über Medizinprodukte erklärt Drive Medical GmbH & Co. KG  
*in accordance with Regulation EU 2017 / 745 (MDR) medical devices Drive Medical GmbH & Co. KG declare*

dass das / that the

<b>Produkt / Product</b>	Leichtgewichtsrollstuhl mit / ohne Trommelbremse <i>Lightweight wheelchair with / without drum brake</i>
<b>Modell / Type</b>	<b>Litec 2G</b>
<b>BASIC UDI-DI</b>	<b>4065995RSLITEC2G37</b>
<b>Art.Nr. und UDI-DI</b> <i>Art.No. and UDI-DI</i>	910550100: Sitzbreite 38 cm m. Trommelbremse / Seat width 38 cm with drum brake <b>UDI-DI: 0 4065995 01879 5</b> 910500100: Sitzbreite 38 cm o. Trommelbremse / Seat width 38 cm without drum brake <b>UDI-DI: 0 406599 501875 7</b>  910550200: Sitzbreite 42 cm m. Trommelbremse / Seat width 42 cm with drum brake <b>UDI-DI: 0 4065995 01880 1</b> 910500200: Sitzbreite 42 cm o. Trommelbremse / Seat width 42 cm without drum brake <b>UDI-DI: 0 4065995 01876 4</b>  910550300: Sitzbreite 46 cm m. Trommelbremse / Seat width 46 cm with drum brake <b>UDI-DI: 0 4065995 01881 8</b> 910500300: Sitzbreite 46 cm o. Trommelbremse / Seat width 46 cm without drum brake <b>UDI-DI: 0 4065995 01877 1</b>  910550400: Sitzbreite 50 cm m. Trommelbremse / Seat width 50 cm with drum brake <b>UDI-DI: 0 4065995 01882 5</b> 910500400: Sitzbreite 50 cm o. Trommelbremse / Seat width 50 cm without drum brake <b>UDI-DI: 0 4065995 01878 8</b>

der Klasse I, nach Regel 1 "Nicht invasives Produkt", die Grundlegende Sicherheits- und Leistungsanforderungen des Artikel 52 (7) der EU 2017 / 745 (MDR) über Medizinprodukte erfüllt.

*of class I, according to rule 1 „Non-invasive product“, meets the Basic Safety and Performance Requirements of article 52 (7) of the EU 2017 / 745 (MDR) concerning medical devices*

### Zweckbestimmung / Purpose

Der Rollstuhl dient ausschließlich gehunfähigen und gehbehinderten Menschen zum individuellen Gebrauch bei Selbstbeförderung und Fremdbeförderung im alltäglichen Gebrauch, im Innen- und im Außenbereich auf ebenem und festem Untergrund. Achten Sie bei der Versorgung außerdem auf Körpergröße, Gewicht, physische und psychische Verfassung, Alter, Wohnverhältnisse und Umwelt.

*The wheelchair is used exclusively for people with reduced mobility and persons without mobility for individual use in self-transport and external transport in daily use, indoors and outdoors on flat and solid ground. Also pay attention to height, weight, physical and mental condition, age, housing conditions and Environment of the user.*

### Angewandte Normen / Applied standards:

**DIN EN ISO 13485:2016**, Medizinprodukte - Qualitätsmanagementsysteme - Anforderungen für regulatorische Zwecke / *Medical devices - Quality management systems - Requirements for regulatory purposes*

**DIN EN 12183:2014** Muskelkraftbetriebene Rollstühle - Anforderungen und Prüfverfahren - *Manual wheelchairs - Requirements and test methods*

**ISO 7176-1:1999** Rollstühle - Teil 1: Bestimmung der statischen Stabilität - *Wheelchairs - Part 1: Determination of static stability*

**ISO 7176-3: 2012** Rollstühle - Teil 3: Bestimmung der Wirksamkeit von Bremsen - *Wheelchairs - Part 3: Determination of effectiveness of brakes*

**ISO 7176-5:2008** Rollstühle - Teil 5: Bestimmung der Maße, der Masse und des Bereichs zum Manövrieren - *Wheelchairs - Part 5: Determination of overall dimensions, mass and turning space*

**ISO 7176-7:1998** Rollstühle - Teil 7: Meßverfahren für Sitz- und Radmaße - *Wheelchairs - Part 7: Measurement of seating and wheel dimensions*

**ISO 7176-8:1998** – Rollstühle - Teil 8: Anforderungen und Prüfungen für statische Festigkeit, Stoßfestigkeit und Dauerfestigkeit - *Wheelchairs - Part 8: Requirements and test methods for static, impact and fatigue strengths*

**ISO 7176-19:2008-07 (Crash Test)** Rollstühle - Teil 19: Mobilitätseinrichtungen (Rollstühle) zur Anwendung als Sitz in Motorfahrzeugen - *Wheelchairs - Part 19: Wheeled mobility devices for use as seats in motor vehicles*

### **Erhältliches Zubehör / Available accessories:**

Kopfstütze / *Head rest*, Art.Nr.: 900300330

Stockhalter / *Cane holder*, Art.Nr.: 900300311

Längen- und Höhenverstellbare Armlehne / *Length- and height adjustable armrest*, Art.Nr.: 900300100

Stumpfauflage links / *Stump rest left*, Art.Nr.: 900300180

Stumpfauflage rechts / *Stump rest right*, Art.Nr.: 900300190

Einhandbremse für Begleitperson / *One-hand brake for assistant*, Art.Nr.: 900500767

Anti-Kipphilfe, 1 Stück / *Anti-tilting aid, 1 piece*, Art.Nr.,; 900300120

Anti-Kipphilfe, 1 Paar / *Anti-tilting aid, 1 pair*, Art.Nr.,; 900300121

Beckengurt / *One-touch Lap belt*, Art.Nr.: 900300321

Hochschwenkbare und feststellbare Beinstütze, Paar / *Elevating and lockable leg rest, pair*, Art.Nr.: 900300150

Hochschwenkbare und feststellbare Beinstütze, links / *Elevating and lockable leg rest, left*, Art.Nr.: 900300151

Hochschwenkbare und feststellbare Beinstütze, rechts / *Elevating and lockable leg rest, right*, Art.Nr.: 900300152

Stockhalter / *Cane holder*, Art.Nr.: 900300311

Therapietisch universal für SB 38 - 43 cm / *Therapy table universal for seat width 38 – 43 cm*, Art.Nr.: 900300307

Therapietisch universal für SB 43 - 48 cm / *Therapy table universal for seat width 43 – 48 cm*, Art.Nr.: 900300308

Therapietisch universal für SB 48 - 56 cm / *Therapy table universal for seat width 48 – 56 cm*, Art.Nr.: 900300309

Infusionshalter / *Infusion holder*, Art.Nr.: STDS820

Sauerstoffflaschenhalter verchromt / *Oxygen bottle holder, chrome-plated*, Art.Nr.: 900300350

Sitzkissen / *Cushion*, 40 x 40 x 5 cm, Art.Nr.: 900300270

Sitzkissen / *Cushion*, 43 x 43 x 5 cm, Art.Nr.: 900300271

Sitzkissen / *Cushion*, 48 x 45 x 5 cm, Art.Nr.: 900300272

Transferbrett aus Holz / *Transfer board, made of wood*, Art.Nr.: RTL6045

Transferbrett aus Kunststoff / *Transfer board, made of plastic*, Art.Nr.: RTL6046

Diese Konformitätserklärung verliert ihre Gültigkeit am 07. April 2026

*This Declaration of Conformity will lose their validity at April,07.,2026*

Isny, 07. April 2021 - *Isny, April 07, 2021*



Oliver Niemann

Geschäftsführer – *Managing Director*